

Milicz, 03.08.2015 r.

Numer postępowania: **MCM/WSM/ZP10/2015**

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i staplerów dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie kompresów włókninowych jałowych pakowanych a'1szt z przeliczeniem podanych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 w pozycji 2 kompresów włókninowych jałowych pakowanych a'1szt z przeliczeniem podanych ilości tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 7 pozycji Nr 2 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 45x45cm z otworem \emptyset 6cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 w pozycji 12 serwetę jałową w rozm. 45x45cm z otworem \emptyset 6cm.

PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 50x75 cm z otworem \emptyset 7cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 w pozycji 13 serwetę jałową w rozm. 50x75 cm z otworem \emptyset 7cm.

PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 50x75 cm z otworem o wym. 6cm x 8 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 w pozycji 13 serwetę jałową w rozm. 50x75 cm z otworem o wym. 6cm x 8cm.

PYTANIE NR 6: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 50x75 cm z otworem \emptyset 7cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 w pozycji 14 serwetę jałową w rozm. 50x75 cm z otworem \emptyset 7cm.

PYTANIE NR 7: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozm. 50x75 cm z otworem o wym. 6cm x 8 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 w pozycji 14 serwetę jałową w rozm. 50x75 cm z otworem o wym. 6cm x 8cm.

PYTANIE NR 8: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe 13nitkowe, 8 warstwowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrażą zgody na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 11 w pozycjach 1-3 kompresów gazowych niejałowych 13nitkowe, 8 warstwowych.

PYTANIE NR 9: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe w opakowaniu a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyrażą zgody na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 11 w pozycji 6 serwet gazowych w opakowaniu a'20szt z przeliczeniem podanych ilości.

PYTANIE NR 10: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści setony w opakowaniu a'160 szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 11 w pozycji 9 setony w opakowaniu a'160 szt. z przeliczeniem podanych ilości tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 11: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści setony 2cm x 5m w opakowaniu a'160 szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 11 w pozycji 10 setony 2cm x 5m w opakowaniu a'160 szt., z przeliczeniem podanych ilości tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 12: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17N 16W a'10 szt z przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 11 w pozycji 15 kompresów 17N 16W a'10 szt.

PYTANIE NR 13: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 9-10, 16-17, 22-26:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 9-10, 12, 16-17, 22-26 do osobnego zadania jako osobnej grupy asortymentowej. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 11 pozycji 9-10, 16-17, 22-26 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 14: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 16,17:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by kompresy gazowe w były przewiązane nitką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu by kompresy gazowe w były przewiązane nitką.

PYTANIE NR 15: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 16,17:

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w opakowaniu a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 11 w pozycjach 16,17 kompresów gazowych w opakowaniu a'10szt.

PYTANIE NR 16: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 18:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową pakowaną a'2 szt lub a'5szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 11 w pozycji 18 serwetę jałowej pakowanej a'2 szt. lub a'5szt.

PYTANIE NR 17: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz.18:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową 17 nitkową 4 warstwową?



Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 11 w pozycji 18 serwety jałowej 17 nitkowej 4 warstwowej.

PYTANIE NR 18: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 20,21:

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową pakowaną a'5 szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 11 w pozycjach 20,21 serwetę operacyjną jałową pakowaną a'5 szt.

PYTANIE NR 19: Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład 90x200cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 12 w pozycji 1 podkładu 90x200cm.

PYTANIE NR 20: Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną rozciągliwą i łatwo dostosowującą się do kształtu ciała pacjenta w jednej części bez możliwości dzielenia, z aplikatorami bocznymi nieodkrywalnymi, z zabezpieczeniem z papieru silikonowanego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 15 w pozycjach 1-3 folii operacyjnej rozciągliwej i łatwo dostosowującą się do kształtu ciała pacjenta w jednej części bez możliwości dzielenia, z aplikatorami bocznymi nieodkrywalnymi, z zabezpieczeniem z papieru silikonowanego.

PYTANIE NR 21: Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarach 30 cm x 40 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 15 w pozycji 1 folii operacyjnej o wymiarach 30cm x 40cm.

PYTANIE NR 22: Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarach 55 cm x 55 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 15 w pozycji 2 folii operacyjnej o wymiarach 55cm x 55cm.

PYTANIE NR 23: Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o wymiarach 55 cm x 55 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 15 w pozycji 3 folii operacyjnej o wymiarach 55cm x 55cm.

PYTANIE NR 24: Dotyczy Pakietu Nr 19, poz. 1-6:

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym. Część samoprzylepna wykonana z hydrofobowej włókny. Mikropory w strukturze włókny - zapewniają odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą. Wkład chłonny wykonany z wiskozy (80%) i poliestru (20%), powleczony siateczką z polietylenu dzięki czemu zapobiega przywieraniu wkładu do rany i ułatwia usunięcie opatrunku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 19 w pozycjach 1-6 samoprzylepnego opatrunku z wkładem chłonnym o opisie jak powyżej.

PYTANIE NR 25: Dotyczy Pakietu Nr 19, poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a'30szt z przeliczeniem podanych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w Pakiecie Nr 19 w pozycjach 1-2 opatrunek pakowany pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a'30szt z przeliczeniem podanych ilości tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 26: Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 1-4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1-4 do osobnego zadania jako osobnej grupy asortymentowej. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 20 pozycji 1-4 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 27: Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy do mocowania kaniul o

Właściwościach:

- wykonany z folii poliuretanowej
- pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym
- przezroczysty, co umożliwia obserwację miejsca wkłucia lub rany bez konieczności zdejmowania opatrunku
- paroprzepuszczalny, zapewniający prawidłową wymianę gazową między opatrunkiem a skórą, która zostaje zabezpieczona przed nadmiernym gromadzeniem się wilgoci i maceracją
- stanowi barierę dla drobnoustrojów i bakterii, minimalizując ryzyko infekcji
- bardzo cienki i elastyczny - dopasowuje się do kształtu ciała, zapewnia swobodę ruchu
- posiada system trójstopniowej aplikacji ułatwiający precyzyjne założenie opatrunku
- wodoodporny
- samoprzylepny
- hipoalergiczny
- jałowy

zastosowanie:

- mocowanie i zabezpieczanie kaniul dożylnych założonych do żył obwodowych



Rozmiar 6x8 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 20 w pozycji 6 opatrunek foliowy do mocowania kaniul o właściwościach w opisie jak powyżej.

PYTANIE NR 28: Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy do mocowania kaniul w rozmiarze 6 cm x 7 cm nie posiadający gazika, sterylizowany tlenkiem etylenu spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie możliwości zaoferowania w Pakiecie nr 20 w pozycji 7 opatrunku foliowego do mocowania kaniul w rozmiarze 6 cm x 7 cm nie posiadającego gazika, sterylizowanego tlenkiem etylenu spełniającego pozostałe wymagania.

PYTANIE NR 29: Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 8-13:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 20 w pozycjach 8-13 opatrunek sterylizowany tlenkiem etylenu.

PYTANIE NR 30: Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 5cmx7,2 cm pakowany a'1 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 20 w pozycji 8 opatrunku o wymiarach 5cmx7,2 cm pakowanego a'1 szt., z przeliczeniem ilości tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 31: Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 6cmx10cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 20 w pozycji 8 opatrunku o wymiarach 6cmx10cm.

PYTANIE NR 32: Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 9-10:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'30 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 20 w pozycjach 9-10 opatrunku w opakowaniu a'30 szt z przeliczeniem ilości tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE NR 33: Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 4-5,9,12-13,19:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 4-5, 9, 12-13, 19 do osobnego zadania jako osobnej grupy asortymentowej. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 10 pozycji 4-5,9,12,13,19 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 34: Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści przyklepic z nieokreśloną wymiarowo perforacją o długości 9,14 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 10 w pozycji 4 przyklepic z nieokreśloną wymiarowo perforacją o długości 9,14cm.

PYTANIE NR 35: Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran 6x100 mm –koperta a'10 pasków z włókniny typu spunbond, bez wzmocnień?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 10 w pozycji 10 pasków do zamykania ran 6x100mm –koperta a'10 pasków z włókniny typu spunbond, bez wzmocnień.

PYTANIE NR 36: Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 12-13:

Czy Zamawiający dopuści przyklepic chirurgiczny z klejem akrylowym o wyglądzie:



? (na papierze białym z niebieską podziałką)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 10 w pozycjach 12-13 przyklepic chirurgiczny z klejem akrylowym o wyglądzie jak na powyższym obrazku.

PYTANIE NR 37: Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 19:

Czy Zamawiający odstąpi od wykonania badań potwierdzających bariery folii dla wirusów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie odstąpi od wykonania badań potwierdzających bariery folii dla wirusów.

PYTANIE NR 38: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 40 x 45cm, pozostałe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 w pozycji 7 rozmiar serwety 40 x 45cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 39: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 45 x 80cm, pozostałe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 w pozycji 8 rozmiar serwety 45 x 80cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 40: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 11:

Czy Zamawiający wymaga chusty trójkątnej bawełnianej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga w Pakiecie Nr 7 pozycji 11 chusty trójkątnej bawełnianej.

PYTANIE NR 41: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 45 x 45cm, otwór okrągły 8 cm z przylepcem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 w pozycji 12 serwety jałowej w rozmiarze 45 x 45cm, otwór okrągły 8 cm z przylepcem.

PYTANIE NR 42: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 60cm z otworem 8 x 6cm i przylepcem wokół otworu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 w pozycji 13 serwety jałowej w rozmiarze 50 x 60cm z otworem 8 x 6cm i przylepcem wokół otworu.

PYTANIE NR 43: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści otwór o średnicy 5cm z przylepcem, pozostałe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 7 w pozycji 14 otwór serwety jałowej o średnicy 5cm z przylepcem o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 44: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 14:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania waty bawełnianej czy bawełniano-wiskozowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje zaoferowania w Pakiecie Nr 11 w pozycji 14 waty bawełniano-wiskozowej.

PYTANIE NR 45: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów niezawierających nitki RTG pakowanych po 100 sztuk i przewiązanych nitką (10x10)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 11 w pozycji 17 kompresów niezawierających nitki RTG pakowanych po 100 sztuk i przewiązanych nitką (10x10).

PYTANIE NR 46: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów pakowanych a'50 (5x10) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 11 w pozycji 17 kompresów pakowanych a'50 (5x10) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

PYTANIE NR 47: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów 8-warstwowych, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 11 w pozycji 17 kompresów 8-warstwowych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

PYTANIE NR 48: Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 4:


Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pieluszek w opakowaniu po 32 sztuki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 13 w pozycji 4 pieluszek w opakowaniu po 32 sztuki.

PYTANIE NR 49: Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protezy bezbarwnej z czterema ramionami z o parametrach:



- Wielkość korpusu 5,2 x 9,5 [cm]
 - Długość ramion 59 [cm]
 - Odległość między ramionami 3,5 [cm]
 - Szerokość ramion 1,5 [cm]
- oraz o gramaturze 35g/m² i grubości 0,3mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 w pozycji 1 protezy bezbarwnej z czterema ramionami o parametrach jak w opisie powyżej.

PYTANIE NR 50: Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenową dzianą na całej powierzchni o długości 45 cm, szerokości 1,1 mm, gramatura około 70g/m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody zaoferowanie w Pakiecie Nr 17 w pozycji 2 taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenową dzianą na całej powierzchni o długości 45 cm, szerokości 1,1 mm, gramatura około 70g/m².

PYTANIE NR 51: Dotyczy projektu umowy:

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

PYTANIE NR 52: Dotyczy projektu umowy:

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia jest opisany zgodnie z potrzebami Zamawiającego z okresu poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (ostatnie 12 miesięcy). Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy w przypadku nie wykorzystania wartości brutto umowy.

PYTANIE NR 53: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu w § 7 ust. 3 lit b) na: „trzykrotnej rażącej zwłoki w realizacji dostawy, rozumianej jako okres przekraczający 10 dni od dnia złożenia zamówienia”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §7 ust. 3 projektu umowy.

PYTANIE NR 54: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto.

PYTANIE NR 55: Dotyczy projektu umowy:

Jakie konkretnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Realizowanie umowy niezgodnie z jej zapisami.

PYTANIE NR 56: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga stałości cen w okresie jej realizacji.

PYTANIE NR 57: Dotyczy projektu umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1, 2, 4

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - 0,5%** wartości **brutto** nie zrealizowanej części dostawy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy**
 - 0,5%** wartości **brutto** dostawy towarów wadliwych, za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towarów wadliwych**, liczony od dnia, w którym Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, zgodnie z § 4 ust. 4 i 5 umowy,
 - 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy - w razie odstąpienia przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy przyszłej umowy w zakresie §7 ust. 1,2,4

PYTANIE NR 57: Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 3 i 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 3 i 4 z Pakietu nr 2 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie większej liczby oferty konkurencyjnych cenowo.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 3 i 4 do osobnego pakietu.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 06.08.2015 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.