

Milicz, 01.07.2016 r.

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP9/2016

#### WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.**

*Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:*

#### **PYTANIE NR 1:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza przesłanie skanu faktury na adres e-mail: [e.kowalczyk@mcm-milicz.pl](mailto:e.kowalczyk@mcm-milicz.pl) i przesłanie oryginału pocztą w terminie do 48 godzin na adres: Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz.*

#### **PYTANIE NR 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne niesterylne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym worki stomijne sterylne pakowane pojedynczo, łącznie 5 sztuk w opakowaniu zbiorczym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuszcza.*

#### **PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1:**

PAKIET NR 7, pozycja 1: Czy zamawiający dopuści produkt w rozmiarze 13-60 mm?

PAKIET NR 7, pozycja 1: Czy zamawiający dopuści produkt w rozmiarze 10-70 mm?

PAKIET NR 7, pozycja 1: Czy zamawiający dopuści produkt w rozmiarze 13-80 mm?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuści produkt w rozmiarze 10-70mm.*

#### **PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 2:**

PAKIET NR 7, pozycja 2: Czy zamawiający dopuści worek stomijny niesterylny z okienkiem, w rozmiarze 13-90 mm?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści*

#### **PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 3:**

PAKIET NR 7, pozycja 3: Czy zamawiający dopuści produkt w rozmiarze 13-60 mm?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści*

#### **PYTANIE NR 6: Dotyczy Pakietu Nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8 – Rigidinjector o średnicy 1,67 mm z balonem o pojemności 1,5ml i strzykawką 3 ml?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści*



**PYTANIE NR 7: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 1:**

ad 1. Czy Zamawiający dopuści worek stomijny 10-70 zapinany na klamerkę lub zapinany na rzep ale w rozmiarze 15-60mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści.*

**PYTANIE NR 8: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 3:**

ad 3. Czy Zamawiający dopuści worek stomijny 10-70 zapinany na klamerkę lub zapinany na rzep ale w rozmiarze 15-60mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści.*

**PYTANIE NR 9: Dotyczy pakietu nr 4:**

Czy Zamawiający pozycji 4 Pakietu nr 4 dopuści zaoferowanie zestawów z rozszerzadłami 6-12 CH, prowadnicą drucianą 0,8 x 800 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści*

**PYTANIE NR 10: Dotyczy pakietu nr 4:**

Czy Zamawiający pozycji 5 Pakietu nr 4 dopuści zaoferowanie zestawów z rozszerzadłami 7-10 CH, prowadnicą drucianą 0,8 x 800 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści*

**PYTANIE NR 11: Dotyczy Pakietu Nr 22:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 22 dopuści zaoferowanie koszyka o przekroju 14-17 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści*

**PYTANIE NR 12: Dotyczy Pakietu Nr 22:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 22 dopuści zaoferowanie koszyka o przekroju 14-17 mm, długość 90 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści*

**PYTANIE NR 13: Dotyczy pakietu 17:**

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 17 dopuści złożenie oferty z wysokociśnieniowymi płaskimi butelkami do drenażu ran o pojemności 200ml, wyposażonymi w czytelną wypukłą skalę oraz dren o długości 120cm?

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych produkcji hiszpańskiej firmy IHT, której jesteśmy bezpośrednim przedstawicielem na rynek polski, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści*

**PYTANIE NR 14: Dotyczy pakietu nr 4, poz. 4:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii CH 11, CH 12 w składzie:

- cewnik typu pig-tail CH 11 (dł. 28 cm), CH 12 (dł. 30 cm), widoczny w promieniach RTG, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na pętli cewnika;
- igła punkcyjna dwuczęściowa 18G x 20cm z wyraźnie widocznym szlifem w USG;
- prowadnik Lunderquista 0,035 x 80 cm, wykonany ze stali medycznej, z giętką 1,5 mm końcówką typu J;
- dwa atraumatyczne rozszerzadła: dla cewnika w rozmiarze CH11- rozszerzadła CH10 oraz CH12 (ostatnie z rozrywalną koszulką), dla cewnika CH12- rozszerzadła CH10 oraz CH14, widoczne w RTG;

- zatyczka dla cewnika CH11 lub łącznik luer-lock do podłączenia worka na mocz dla cewnika CH12.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Tak, Zamawiający dopuści***

**PYTANIE NR 15: Dotyczy pakietu nr 4, poz. 5:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przeszskórnej nefrostomii CH 7, CH 8 w składzie:

- cewnik typu pig-tail CH 7, CH 8 (dł. 24 cm lub 34 cm), widoczny w promieniach RTG, wykonany z poliuretanu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na pętli cewnika;
- igła punkcyjna dwuczęściowa 18G x 20cm z wyraźnie widocznym szlifem w USG;
- przewodnik Lunderquista 0,035 x 80 cm, wykonany ze stali medycznej, z giętką 1,5 mm końcówką typu J;
- atraumatyczne rozszerzadło: dla cewnika w rozmiarze CH7- rozszerzadło CH 8, dla cewnika CH 8- rozszerzadło CH 9, widoczne w RTG;
- łącznik luer-lock do podłączenia worka na mocz dla cewnika CH12.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Tak, Zamawiający dopuści***

**PYTANIE NR 16: Dotyczy pakietu nr 11, poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem w rozmiarze CH 4,7, dł. 24-30 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Tak, Zamawiający dopuści***

**PYTANIE NR 17: Dotyczy pakietu nr 11, poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem w rozmiarze CH 7, dł. 22-30 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Tak, Zamawiający dopuści***

**PYTANIE NR 18: Dotyczy pakietu nr 11, poz. 3:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem w rozmiarze CH 9, dł. 22-30 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Tak, Zamawiający dopuści***

**PYTANIE NR 19: Dotyczy pakietu nr 22, poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyczka Dormia o śr. systemu wprowadzającego 4 CH, dł. 90 cm, średnicy koszyczka 12 mm i długości 25 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Tak, Zamawiający dopuści***

**PYTANIE NR 20: Dotyczy pakietu nr 18:**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy j.uż. w zestawie z filtrem oddechowym pakowanym osobno?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Nie, Zamawiający nie dopuści***

**PYTANIE NR 21: Dotyczy pakietu nr 16, poz. 2:**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Tak, Zamawiający dopuści***

**PYTANIE NR 22: Dotyczy pakietu nr 21, poz. 2, 4-5:**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuści**

**PYTANIE NR 23: Dotyczy pakietu nr 13, poz.1-3:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie wymaga*

**PYTANIE NR 24:Dotyczy pakietu nr 13, poz.1-3:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych , gdzie zawartość gipsu to minimum 94%?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający wymaga*

**PYTANIE NR 25: Dotyczy zapisów umowy:**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak*

**PYTANIE NR 26: Dotyczy zapisów umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 i ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie wyraża zgody*

**PYTANIE NR 27: Dotyczy wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy §7 ust.3 wzoru umowy*

**PYTANIE NR 28: Dotyczy wzoru umowy:**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje zapisy SIWZ tj.: Rozdziału XVII SIWZ ust. 2 pkt.*

**PYTANIE NR 29: Dotyczy pakietu Nr 18:**


Czy Zamawiający dopuści układy oddechowe o następujących parametrach:

Układ oddechowy dla dorosłych anestezyjologiczny, odcinek niepodgrzewany wdechowy dł. 1,5m, odcinek niepodgrzewany wydechowy dł. 1,5m, mikrobiologicznie czysty, kompatybilny z respiratorem Puritan Bennett 560.

Proponowane zmiany pozwolą na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym zmniejszą koszt zakupu sprzętu medycznego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie wyraża zgody*



**PYTANIE NR 30: Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 13:**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 3ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści*

**PYTANIE NR 31: Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 27-29:**

Czy Zamawiający dopuści trójdrożny cewnik Foley'a z balonem o pojemności 30ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści*

**PYTANIE NR 32: Dotyczy pakietu Nr 5, poz. 2-3:**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z balonem o pojemności 30ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści*

**PYTANIE NR 33: Dotyczy pakietu Nr 5, poz. 4-5:**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania, co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie wydzieli*

**PYTANIE NR 34: Dotyczy pakietu Nr 5, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Couvelaire'a CH 26? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania, co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści*

**PYTANIE NR 35: Dotyczy pakietu Nr 13, poz. 1-3:**

Czy Zamawiający dopuści gazę impregnowaną naturalnym gipsem o czasie zanurzenia opaski w wodzie: 8-10s i czasem wiązania 5-6min. spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści*

**PYTANIE NR 36: Dotyczy pakietu nr 16, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany z portem 22M/15/F-15M?, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści*

**PYTANIE NR 37: Dotyczy pakietu nr 16, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy gładki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**


*Tak, Zamawiający dopuści*

**PYTANIE NR 38: Dotyczy pakietu nr 17, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści wysokociśnieniowy system drenażu ran o pojemności butelki 200 ml, trwałej wytłoczonej skali, długości drenu łączącego równej 125 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści*



**PYTANIE NR 39: Dotyczy pakietu nr 20, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłucia klatki piersiowej z workiem do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwwrotną, która zapobiega cofaniu się zaaspirowanych płynów z powrotem do pacjenta oraz zaworem spustowym, drenem łączącym: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym (4,8 x 6,8-85 cm dł.) oraz pomiędzy kranikiem i igłą (4,8 x 6,8-40 cm dł.). Ze szczelnym kranikiem trójdrożnym z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu aspirowanych płynów. Strzykawką 60 ml do aspiracji oraz igłą Veressa 15G (100 mm długości), z automatycznie cofającą się końcówką?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuści*

**PYTANIE NR 40: Dotyczy wzoru umowy:**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
  - 1) 0,5 % wartości **brutto** nie zrealizowanej części dostawy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy**
  - 2) 0,5 % wartości **brutto** dostawy towarów wadliwych, za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części towaru** liczony od dnia, w którym Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, zgodnie z § 4 ust. 3 umowy,

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający pozostawia zapisy §7 ust. 1 wzoru umowy bez zmian*

**PYTANIE NR 41: Dotyczy pakietu nr 16, poz. 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie drenu wykonanego z medycznego silikonu, niezałamującego się, przezroczysty, gładki, dostępny w zwojach pakowanych pojedynczo. Rozmiar 8mm/12mm/25m znanego producenta SUMI ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści*

**PYTANIE NR 42: Dotyczy wzoru umowy:**

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 1.1) Istotnych postanowień umownych na: „0,2 % wartości nie zrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §7 ust. 1.1 wzoru umowy*

**PYTANIE NR 43: Dotyczy wzoru umowy:**

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 1.2) Istotnych postanowień umownych na: „0,2 % wartości dostawy towarów wadliwych, za każdy dzień zwłoki w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, liczony od dnia, w którym Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, zgodnie z § 4 ust. 3 umowy.”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §7 ust. 1.2 wzoru umowy*

**PYTANIE NR 44: Dotyczy wzoru umowy:**

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 4 Istotnych postanowień umownych na: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §7 ust. 4 wzoru umowy*

**PYTANIE NR 45: Dotyczy wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 Istotnych postanowień umownych na następujący:

„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni

od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące."

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zapis wyżej wymieniony dotyczy SP ZOZ a Zamawiający jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością*

**PYTANIE NR 46: Dotyczy wzoru umowy:**

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy, cena netto pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie natomiast cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający potwierdza*

**PYTANIE NR 47: Dotyczy wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust. 1 pkt 3) b) na: „jednorazowej rażącej zwłoki w realizacji dostawy, rozumianej jako okres przekraczający 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §7 ust. 1 pkt 3)b) wzoru umowy*

**PYTANIE NR 48: Dotyczy pakietu nr 11, poz. 1:**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie cewnika o rozmiarze 4.7 F, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści*

**PYTANIE NR 49: Dotyczy pakietu nr 11, poz. 3:**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie cewnika o rozmiarze 8.0 F, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści*

**PYTANIE NR 50: Dotyczy pakietu nr 22, poz. 1:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie koszyczka o rozmiarze 4.5 F i długości 65 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający dopuści*

**PYTANIE NR 51: Dotyczy pakietu nr 16, poz. 2:**

Czy Zamawiający oczekuje portu Y bezigłowego z możliwością podaży leku bez użycia igły (samą strzykawką)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuści, lecz nie wymaga.*

***Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 11.07.2016 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.***

**PREZES**  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
*Maciej Biardzki*

