

Milicz, 27.06.2016 r.

Numer postępowania: **MCM/WSM/ZP15/2016**

#### WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.**

*Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:*

#### **PYTANIE NR 1:**

Proszę o podanie producentów i rodzaju wyrobów w pakietach:26,32,36.Informacje te są niezbędne do wyceny usługi serwisowej ,pozwoli to również na złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

***Zamawiający w załączniku „Nr 2 do SIWZ wykaz sprzętu podlegającego przeglądom” wskazał rodzaj wyrobu, jego producenta, model, rok produkcji oraz numer sprzętu objętego koniecznością dokonania przeglądu.***

#### **PYTANIE NR 2:**

Proszę o wyjaśnienie treści punktu 6 do rozdziału 3: „W przypadku Wykonawcy związanego umową na wykonywanie usług w stosunku do więcej niż jednego sprzętu Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zlecenia przeglądu niektórych aparatów.”

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

***Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zlecenia przeglądów niektórych aparatów w przypadku czasowego lub stałego wycofania ich z użytkowania.***

#### **PYTANIE NR 3:**

Czy w ramach potwierdzenia wykonania zamówienia Zamawiający dopuszcza przedstawienie raportów serwisowych z przeglądów aparatury, które zostały wykonane przez Wykonawcę dla innej firmy.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

***Zamawiający wymaga przedstawienia referencji wystawionych przez podmioty dla których Wykonawca składający ofertę wykonał usługę.***

#### **PYTANIE NR 4:**

Czy Zamawiający może przedstawić harmonogram przeglądów sprzętów dla pakietów: 2, 7, 9, 13.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

***Harmonogram: dla pakietu nr 2 - marzec, dla pakietu nr 7 - luty, dla pakietu nr 9 - marzec, dla pakietu nr 13 - marzec.***

#### **PYTANIE NR 5: Dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Istotne postanowienia umowne, par. 1, ust. 2, pkt 1.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisy „aktualizacja oprogramowania” na „aktualizacja oprogramowania – jeżeli dotyczy określonego sprzętu”.

Z uwagi na fakt, iż w ww. pakietach aktualizacje oprogramowania nie należą do standardowych czynności przeglądowych określonych przez producenta w dokumentacji technicznej aparatury Wykonawca prosi, aby Zamawiający uwzględnił tą czynność jako osobną usługę i wprowadził do specyfikacji zapis: „Jeśli aparatura wymaga aktualizacji oprogramowania realizacja usługi nastąpi poprzez oddzielne zlecenie”.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

***Tak, Zamawiający zmieni zapis §1 ust. 2, pkt 1 „aktualizacja oprogramowania” na „aktualizacja oprogramowania – jeżeli dotyczy określonego sprzętu”.***

**PYTANIE NR 6: Dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Istotne postanowienia umowne, par. 4, ust. 1.

Czy Zamawiający wykluczy z odpowiedzialności za sprawność techniczną obsługiwanej aparatury i sprzętu medycznego w okresie obowiązywania umowy zdarzenia bezpośrednio związane z ingerencją użytkowników, np. upuszczenie głowic, przepięcie z sieci zasilającej, zalanie elektroniki cieczą, niewłaściwe użytkowanie i inne zdarzenia losowe.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Tak, Zamawiający wykluczy z odpowiedzialności za sprawność techniczną obsługiwanej aparatury i sprzętu medycznego w okresie obowiązywania umowy zdarzenia bezpośrednio związane z ingerencją użytkowników, np. upuszczenie głowic, przepięcie z sieci zasilającej, zalanie elektroniki cieczą, niewłaściwe użytkowanie i inne zdarzenia losowe.*

**PYTANIE NR 7:**

Dot. SIWZ

W celu potwierdzenia dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że posiada wymagane uprawnienia, zaświadczenia, kwalifikacyjne, doświadczenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania konserwacji i przeglądu sprzętu i skieruje do ich wykonywania osoby o odpowiednich kwalifikacjach i przeszkolone w zakresie danego urządzenia.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do wykonania zamówienia posiadały potwierdzenie odbycia szkolenia wystawione przez producenta lub upoważniony przez niego podmiot, w zakresie wykonywania przeglądów urządzeń jak w pakiecie na który składana jest oferta.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie wymaga, aby osoby skierowane do wykonania zamówienia posiadały potwierdzenie odbycia szkolenia wystawione przez producenta lub upoważniony przez niego podmiot, w zakresie wykonywania przeglądów urządzeń jak w pakiecie na który składana jest oferta.*

**PYTANIE NR 8:**

Dot. pakiet 18 - diatermie ERBE

Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy dysponowania autoryzacją producenta do wykonywania czynności serwisowych.

Nieautoryzowana ingerencja w urządzenie skutkować może ograniczeniem odpowiedzialności wytwórcy za produkt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie wymaga*

**PYTANIE NR 9: Dotyczy pakietu nr 2 i 3**

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania przeglądów sprzętu z pakietu nr 2 i 3 przez autoryzowany serwis producenta? Informujemy, iż tylko autoryzowany serwis jest w stanie zagwarantować wysoką jakość wykonywanych usług oraz zapewnić oryginalne części zamienne.

**Odpowiedź Zamawiającego:**


*Nie, Zamawiający nie będzie wymagał wykonania przeglądów sprzętu przez autoryzowany serwis producenta.*

**PYTANIE NR 10: Dotyczy pakietu Nr 25:**

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 25 pozycji: 3 oraz 4, aby jako autoryzowany serwis mieć także możliwość złożenia oferty przetargowej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.*



**PYTANIE NR 11: Dotyczy: Pakietu nr 6 Załącznik nr 2 do SIWZ:**

Prosimy o podanie nr katalogowego Pompy infuzyjnej z pozycji 1 pakietu

Znajomość typu oraz numerów seryjnych urządzeń jest niezbędna dla ich prawidłowej obsługi technicznej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Zamawiający w Załączniku Nr 2 SIWZ w każdym Pakiecie podał nazwę aparatu, producenta, model, rok, oraz numer seryjny sprzętu objętego koniecznością dokonania przeglądu.***

**PYTANIE NR 12: Dotyczy: : Pakietu nr 29 Załącznik nr 2 do SIWZ:**

Prosimy o podanie urządzeń wchodzących w skład zestawu laparoskopowego.

Znajomość typu oraz numerów seryjnych urządzeń jest niezbędna dla ich prawidłowej obsługi technicznej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Urządzenia wchodzące w skład zestawu laparoskopowego:***

- 1. Monitor DVM20M2MDE, Nr 2013838***
- 2. Źródło światła OP930, Nr 2333***
- 3. Insuflator PG060, Nr 0303CM265***
- 4. Diatermia GN640, Nr 1027***
- 5. Kamera PV180, Nr 172751***
- 6. Pompa PG030, Nr 0206CN403***
- 7. Wózek PV798, Nr 78532***

**PYTANIE NR 13: Dotyczy pakietu 15, 16, 17**

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dołączenia do oferty certyfikatu, dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie przeglądów technicznych defibrylatorów zalecanego w zapisach Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 z 2010 r. Poz. 679).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Nie, Zamawiający nie wymaga***

**PYTANIE NR 14: Dotyczy pakietu 15, 16, 17:**

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dołączenia do oferty listy posiadanych analizatorów / testerów, wraz z aktualnymi certyfikatami, dokumentami kalibracji, niezbędnymi do prawidłowego wykonania przeglądów technicznych defibrylatorów, czyli urządzeń bezpośrednio ratujących życie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Tak, Zamawiający wymaga***

**PYTANIE NR 15: Dotyczy pakietu 15:**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie harmonogramu / terminu wykonania najbliższego przeglądu technicznego defibrylatora Lifepak z pakietu 15.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Termin wykonania najbliższego przeglądu technicznego defibrylatora Lifepak z Pakietu Nr 15 przypada na sierpień 2016 r.***

**PYTANIE NR 16: Dotyczy pakietu 16:**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie harmonogramu / terminu wykonania najbliższego przeglądu technicznego defibrylatora MRL-LITE z pakietu 16.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Termin wykonania najbliższego przeglądu technicznego defibrylatora MRL-LITE z pakietu 16 przypada na sierpień 2016 r.***

**PYTANIE NR 17: Dotyczy pakietu 17:**

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informację czy przeglądy techniczne defibrylatorów z pakietu 17 wykonywane będą w jednym terminie? Zwracamy się z prośbą o udostępnienie harmonogramów przeglądów technicznych aparatury medycznej, co ułatwi Wykonawcy oszacowanie wartości usługi w celu przedstawienia najkorzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**



**Tak, przeglądy defibrylatorów z Pakietu Nr 17 będą wykonywane w jednym terminie, który przypada na miesiąc sierpień 2016 r.**

**PYTANIE NR 18: Dotyczy pakietu 15, 16, 17:**

Czy Zamawiający będzie wymagał uwzględnienia w ofercie cenowej wymianę akumulatorów w defibrylatorach, czy ewentualna wymiana akumulatorów będzie traktowana jako dodatkowe zlecenie dla Wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Nie, Zamawiający nie wymaga, a ewentualna wymiana akumulatorów nie będzie traktowana jako dodatkowe zlecenie.***

**PYTANIE NR 19: Dotyczy pakietu 15, 16, 17:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na połączenie pakietu 15, 16 oraz 17 w jeden pakiet na defibrylatory, co ułatwi Wykonawcy złożenie korzystnej oferty cenowej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.***

**PYTANIE NR 20: Dotyczy pakietu nr 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jakiego producenta są urządzenia wymienione ww. pakietach ? Brak informacji w powyższym zakresie uniemożliwia dokonanie wyceny. Wykonawcy muszą być bowiem wyposażeni w wiedzę jakie rodzaju i jakiego producenta muszą zakupić materiały dla realizacji przedmiotowego zamówienia. Zawiadamiamy jednocześnie, że brak podania ww. informacji stanowi rażące naruszenie art. 29 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Zamawiający w załączniku Nr 2 do SIWZ zawarł wszelkie informacje dotyczące sprzętu objętego koniecznością dokonania przeglądu.***

**PYTANIE NR 21: Dotyczy pakietu nr 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaki jest typ/model urządzeń wymienionych ww. pakietach ? Brak informacji w powyższym zakresie uniemożliwia dokonanie wyceny. Wykonawcy muszą być bowiem wyposażeni w wiedzę do jakiego typu/modelu muszą zakupić materiały dla realizacji przedmiotowego zamówienia. Zawiadamiamy jednocześnie, że brak podania ww. informacji stanowi rażące naruszenie art. 29 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Zamawiający w załączniku Nr 2 do SIWZ zawarł wszelkie informacje dotyczące sprzętu objętego koniecznością dokonania przeglądu.***

**PYTANIE NR 22: Dotyczy pakietu nr 15, 16, 17:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd defibrylatorów wymienionych ww. pakietach uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów ? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Nie, Zamawiający oczekuje przeglądów defibrylatorów bez wymiany akumulatorów.***

**PYTANIE NR 23: Dotyczy pakietu nr 21, 22, 23:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmuje również wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Przegląd respiratorów nie obejmuje wymiany akumulatorów. W Pakiecie Nr 21 przegląd zgodnie z instrukcją, w Pakiecie Nr 22 bez pakietów serwisowych, w Pakiecie Nr 23 zgodnie z instrukcją.***



**PYTANIE NR 24: Dotyczy pakietu nr 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, jaki jest rok produkcji urządzeń i aparatury objętej przedmiotowym postępowaniem ww. zakresie? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający w załączniku Nr 2 do SIWZ zawarł wszelkie informacje dotyczące sprzętu objętego koniecznością dokonania przeglądu.*

**PYTANIE NR 25: Dotyczy pakietu nr 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w wycenie usług w zakresie ww. pakietów należy uwzględnić wymianę elementów eksploatacyjnych / zużywalnych / części zamiennych (np. filtry, czujniki) / zestawów serwisowych? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej jak również dla ewentualnego badania i wyjaśniania tzw. **rażąco niskiej ceny.**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający wymaga wymiany części eksploatacyjnych / zużywalnych (np. filtrów, czujników) z wyłączeniem wymiany akumulatorów.*

**PYTANIE NR 26: Dotyczy pakietu nr 1, 2:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający w Pakietach Nr 1 i 2 wymaga przeglądu aparatów do znieczuleń wraz z przeglądem parownika na gaz SEVORANE.*

*Zamawiający monitory do aparatów do znieczuleń uwzględnił w osobnych Pakietach Nr 12,13,14.*

**PYTANIE NR 27: Dotyczy wzoru umowy:**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §2 ust.6:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezlecenia Wykonawcy przeglądu całej aparatury wymienionej w Załącznikach Nr 2 do SIWZ oraz do zmodyfikowania załączników w trakcie realizacji zamówienia w przypadku dokupienia sprzętu przez Zamawiającego”

zapisem:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy przeglądu całej aparatury wymienionej w Załącznikach Nr 2 do SIWZ oraz do zmodyfikowania załączników w trakcie realizacji zamówienia w przypadku dokupienia sprzętu przez Zamawiającego”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SIWZ*

**PYTANIE NR 28: Dotyczy wzoru umowy:**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §4 ust.1:


„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawność techniczną obsługiwanej aparatury i sprzętu medycznego w okresie obowiązywania umowy”

zapisem:

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawność techniczną obsługiwanej aparatury i sprzętu medycznego w okresie obowiązywania umowy w ramach wykonanego przeglądu technicznego.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §4 ust. 1 na: „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawność techniczną obsługiwanej aparatury i sprzętu medycznego w okresie obowiązywania umowy w ramach wykonanego przeglądu technicznego.”*



**PYTANIE NR 3: Dotyczy wzoru umowy:**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §4 ust.2:

„1) za opóźnienie w wykonaniu czynności określonych w umowie lub za zaniechanie wykonania czynności - w wysokości 100,00 zł brutto za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia”

zapisem:

„1) za opóźnienie w wykonaniu czynności określonych w umowie lub za zaniechanie wykonania czynności - w wysokości 25,00 zł brutto za każdy rozpoczęty **dzień roboczy** opóźnienia”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SIWZ**

**PYTANIE NR 30: Dotyczy wzoru umowy:**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §4 ust.2:

„2) przypadku nienależycie wykonywanych przeglądów, których następstwem będzie niesprawna aparatura - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień jej niesprawności”

zapisem:

„2) przypadku nienależycie wykonywanych przeglądów, których następstwem będzie niesprawna aparatura - w wysokości 25,00 zł za każdy dzień **roboczy** jej niesprawności”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SIWZ**

**PYTANIE NR 31: Dotyczy wzoru umowy:**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §4 ust.2:

„3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienie przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości wskazanej w § 2 ust 1 niniejszej umowy”

zapisem:

„3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienie przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 0,5 % wartości umowy wskazanej w § 2 ust 1 niniejszej umowy”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SIWZ**

**PYTANIE NR 32: Dotyczy wzoru umowy:**

Wykonawca wnioskuję o zastąpienie zapisu §4 ust.3:

„Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy”

zapisem:

„Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie będą rozliczane na podstawie odrębnej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego z terminem płatności 30 dni od daty otrzymania noty.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SIWZ**

**PYTANIE NR 33:**

Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 30.06.2016 r., do godziny 12<sup>00</sup>**

**PYTANIE NR 34: Dotyczy wzoru umowy:**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 2:

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących wysokościach:

1) za opóźnienie w wykonaniu czynności określonych w umowie lub za zaniechanie wykonania czynności - w wysokości **50,00 zł** brutto za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości**



**brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy opóźnienie w wykonaniu czynności określonych w umowie lub za zaniechanie wykonania czynności.**

2) w przypadku nienależycie wykonywanych przeglądów, których następstwem będzie niesprawna aparatura - w wysokości **50,00 zł** za każdy dzień jej niesprawności, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy nienależyte wykonanie przeglądów, których następstwem będzie niesprawna aparatura.**

3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienie przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości **10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający pozostawia zapisy §4 ust. 2 wzoru umowy bez zmian**

**PYTANIE NR 35: Dotyczy wzoru umowy:**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 1 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający pozostawia zapisy §3 ust. 1 wzoru umowy bez zmian**

**PYTANIE NR 36: Dotyczy załącznik nr 2 ( pakiet nr 6-9, 12-17, 21-23):**

Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą?

Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**W ofercie uwzględnić jedynie cenę przeglądu.**

**PYTANIE NR 37: Dotyczy załącznik nr 2 ( pakiet nr 6-9, 12-17, 21-23):**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą także o informacje czy w ramach przeglądów respiratorów mają być wymieniane pakiety serwisowe? Jeżeli tak prosimy o informację co zostało wymienione w podanych respiratorach w przeciągu 4 lat?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Pakiet Nr 21- Zgodnie z instrukcją obsługi, Pakiet Nr 22 - Respirator Benett 7200 pakiet serwisowy po 10 000 godzin, respirator Benett 740 pakiet serwisowy po 30 000 godzin, Pakiet Nr 23 - zgodnie z instrukcją**

**PYTANIE NR 38: Dotyczy pakietu nr 2:**

Czy przy aparacie do znieczulania Aestiva znajduje się monitor z modułami gazowymi, który należy uwzględnić przy wycenie przeglądu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga przeglądu aparatów do znieczuleń wraz z przeglądem parownika na gaz SEVORANE.**

**Zamawiający monitory do aparatów do znieczuleń uwzględnił w osobnych Pakietach Nr 12,13,14.**

**PYTANIE NR 39: Dotyczy pakietu nr 13:**

Czy monitory wyposażone są w moduły, w szczególności moduły gazowe? Prosimy o podanie rodzaju zainstalowanego modułu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Moduł gazowy M-CAI - O**

PREZES  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Maciej Stardzki

**Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 30.06.2016 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.**

