

Milicz, dnia 29.06.2016 r.

Numer postępowania: **MCM/WSM/ZP15/2016**

**WYKONAWCY
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI UDZIELONYCH ODPOWIEDZI NA PYTANIA
WYKONAWCÓW.**

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Zamawiający zawiadamia, że zmienia odpowiedź na pytanie Nr 14 z dnia 27.06.2016 r., o treści: *„Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dołączenia do oferty listy posiadanych analizatorów / testerów, wraz z aktualnymi certyfikatami, dokumentami kalibracji, niezbędnymi do prawidłowego wykonania przeglądów technicznych defibrylatorów, czyli urządzeń bezpośrednio ratujących życie.”*

Treść odpowiedzi zamawiającego:
jest: Tak, Zamawiający wymaga

Winno być:
Nie, Zamawiający nie wymaga

Zamawiający zawiadamia, że zmienia odpowiedź na pytanie Nr 25 z dnia 27.06.2016 r., o treści: *„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w wycenie usług w zakresie ww. pakietów należy uwzględnić wymianę elementów eksploatacyjnych / zużywalnych / części zamiennych (np. filtry, czujniki) / zestawów serwisowych ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej jak również dla ewentualnego badania i wyjaśniania tzw. **rażąco niskiej ceny.**”*

Treść odpowiedzi zamawiającego:
jest: Zamawiający wymaga wymiany części eksploatacyjnych /zużywalnych (np. filtrów, czujników) z wyłączeniem wymiany akumulatorów.

Winno być:
Zamawiający wymaga wymiany elementów eksploatacyjnych - zużywalnych (np. filtrów, czujników) bez wymiany akumulatorów.
Zamawiający uważa, że udzielił wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie.



Zamawiający zawiadamia, że zmienia odpowiedź na pytanie Nr 37 z dnia 27.06.2016 r., o treści: „Zwracamy się z uprzejmą prośbą także o informacje czy w ramach przeglądów respiratorów mają być wymieniane pakiety serwisowe? Jeżeli tak prosimy o informację co zostało wymienione w podanych respiratorach w przeciągu 4 lat?”

Treść odpowiedzi zamawiającego:

jest: Pakiet Nr 21- Zgodnie z instrukcją obsługi, Pakiet Nr 22 – Respirator Benett 7200 pakiet serwisowy po 10 000 godzin, respirator Benett 740 pakiet serwisowy po 30 000 godzin, Pakiet Nr 23 – zgodnie z instrukcją

Winno być: Pakiet Nr 21- Zgodnie z instrukcją obsługi, Pakiet Nr 22 – Respirator Benett 7200 - pakiet serwisowy po 10 000 godzin, respirator Benett 740 - pakiet serwisowy po 30 000 godzin, Pakiet Nr 23 – zgodnie z instrukcją. Zamawiający nie jest w stanie wymienić części, które zostały wymienione w ciągu ostatnich 4 lat. Zamawiający uważa, że udzielił wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 04.07.2016 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Maciej Biardzki

