

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP12/2017

Milicz, 08.08.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i staplerów dla Milickiego Centrum Medycznego w Miliczu.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 21 – Staplery i ładunki do staplerów:

Prosimy o potwierdzenie czy w pozycjach od 1 do 12 podane przez Zamawiającego rozmiary staplerów liniowych oraz ładunków oznaczają długość linii szwu staplera?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza w pozycjach 1 do 12 podane przez Zamawiającego rozmiary staplerów liniowych oraz ładunków oznaczają długość linii szwu staplera.

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 21 – Staplery i ładunki do staplerów:

Wnosimy o dopuszczenie w pozycjach nr 13, 14, 15 i 16 w/w pakietu możliwości zaoferowania równoważnych jednorazowych staplerów okrężnych wygiętych w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach bez łamanej głowicy, ale posiadające inne rozwiązanie techniczne pozwalające na sprawne i łatwe wyciągnięcie głowki staplera po dokonaniu zespolenia. Staplery, które chcemy Państwu zaproponować są obecnie dostarczane i używane w Państwa szpitalu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na stapler w rozmiarze 24mm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na stapler w rozmiarze 26mm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na stapler w rozmiarze 32mm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 16, 17:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na staplery z nożem w głowicy, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 6: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 19:

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip-Lok średni nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczenia linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu

Numer postępowania: **MCM/WSM/ZP12/2017**

Milicz, 08.08.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i staplerów dla Milickiego Centrum Medycznego w Miliczu.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 21 – Staplery i ładunki do staplerów:

Prosimy o potwierdzenie czy w pozycjach od 1 do 12 podane przez Zamawiającego rozmiary staplerów liniowych oraz ładunków oznaczają długość linii szwu staplera?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza w pozycjach 1 do 12 podane przez Zamawiającego rozmiary sztaplerów liniowych oraz ładunków oznaczają długość linii szwu sztaplera.

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 21 – Staplery i ładunki do staplerów:

Wnosimy o dopuszczenie w pozycjach nr 13, 14, 15 i 16 w/w pakietu możliwości zaoferowania równoważnych jednorazowych staplerów okrężnych wygiętych w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach bez łamanej głowicy, ale posiadające inne rozwiązanie techniczne pozwalające na sprawne i łatwe wyciągnięcie głowki staplera po dokonaniu zespolenia. Staplery, które chcemy Państwu zaproponować są obecnie dostarczane i używane w Państwa szpitalu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na stapler w rozmiarze 24mm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na stapler w rozmiarze 26mm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na stapler w rozmiarze 32mm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 16, 17:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na staplery z nożem w głowicy, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 6: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 19:

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip-Lok średni nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczenia linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. GRIP-LOK jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu

wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 7: Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 19 z Pakietu nr 10 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 8: Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 11:

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy w pozycji 11 nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje zaofiarowania produktu pakowanego po 10 szt w opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje w Pakiecie Nr 3 w pozycji 11 zaofiarowania produktu pakowanego po 10 szt. w opakowaniu. Zamawiający informuje, że zmienił formularz cenowy i umieścił poprawiony na stronie jako Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularze cenowe zmienione.

PYTANIE NR 9: Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 27 i 28:

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy w pozycjach 27 i 28 nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zaofiarowania opatrunku na okolicę kości krzyżowej - pozostałe warunki SIWZ bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w Pakiecie Nr 8 w pozycjach 27 i 28 pomylił się w opisie przedmiotu zamówienia, oczekuje zaofiarowania opatrunku na okolicę kości krzyżowej. Zamawiający poprawił opis przedmiotu zamówienia w pozycjach 27 i 28 pakietu nr 8 i zamieścił go na stronie jako Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularze cenowe zmienione.

PYTANIE NR 10: Dotyczy Pakietu nr 24 poz. 2:

Proszę o odpuszczenie plastra w rozmiarze 7x9 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaofiarowania w Pakiecie Nr 24 w pozycji 2 plastra w rozmiarze 7x9cm.

PYTANIE NR 11: Dotyczy Pakietu nr 24 poz. 2:

Proszę o odpuszczenie plastra bez gazika na końcu rozcięcia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaofiarowania w Pakiecie Nr 24 w pozycji 2 plastra bez gazika na końcu rozcięcia.

PYTANIE NR 12: Dotyczy Pakietu nr 24 poz. 4-9:

Czy Zamawiający wymaga opatrunków poliuretanowych, dotychczas stosowanych w Państwa placówce?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaofiarowanie w Pakiecie nr 24 w pozycjach 4-9 opatrunków poliuretanowych, dotychczas stosowanych w naszej placówce.

PYTANIE NR 13: Dotyczy pakietu nr 16 poz. 1:

Siatkę do korekcji cystocele, jednorodną, niewchłaniającą, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84%, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, szerokość 1,1 cm, podstawa górna 5 cm, dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 14: Dotyczy pakietu nr 16 poz. 2:

Taśmę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość 84%, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 15: Dotyczy pakietu nr 16:

W razie braku zgody na którąkolwiek z pozycji (1 lub 2) prosimy o jej wydzielenie i utworzenie z niej odrębnego Pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 16 pozycji nr 1 i 2.

PYTANIE NR 16: Dotyczy pakietu nr 17 poz. 1:

Protezę do korekcji cystocele, jednorodną, niewchłaniającą o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84%, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, podstawa górna 5 cm, dolna 8 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE nr 17: Dotyczy pakietu nr 17 poz. 2:

Taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą z plastikową osłonką na taśmie, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, porowatość 84%, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE nr 18: Dotyczy pakietu nr 17:

W razie braku zgody na którąkolwiek z pozycji (1 lub 2) prosimy o jej wydzielenie i utworzenie z niej odrębnego Pakietu.

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 17 pozycji Nr 1 i 2.

PYTANIE nr 19: Dotyczy pakietu nr 7 poz. 1-6:

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-6 do osobnego pakietu? Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 7 pozycji Nr 1-6.

PYTANIE nr 20: Dotyczy pakietu nr 7 poz.1:

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe pakowane a'5 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza kompresy włókninowe pakowane po 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 21 Dotyczy pakietu nr 7 poz. 7-14:

Czy Zamawiający stworzy z tych pozycji osobny pakiet?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 22: Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1-3:

Zamawiający dopuści opaski podtrzymujące o składzie: przędza poliestrowa 100%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE nr 23: Dotyczy pakietu nr 9 poz. 4-6:

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne z zapinką o składzie: materiał 100% włókna syntetyczne tj: poliestrowe i poliamidowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE nr 24: Dotyczy pakietu nr 11 poz 1-3:

Czy Zamawiający dopuści kompresy niejałowe 13 nitkowe 8 warstwowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 25: Dotyczy pakietu nr 11 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową jałową z nitką i taśmą RTG 17 n, 8 warstw 45x45 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 26: Dotyczy pakietu nr 11 poz. 7-8:

Czy Zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.

PYTANIE nr 27: Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1-14:

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-14 do osobnego pakietu? Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1-14 do osobnego pakietu.

PYTANIE nr 28: Dotyczy pakietu nr 11 poz. 15-26.:

Czy Zamawiający stworzy z tych pozycji osobny pakiet?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 29: Dotyczy pakietu nr 7 poz. 2:

Czy w poz. 2. Zamawiający dopuści kompresy włókninowe pakowane po 2 szt. w opakowaniu z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza kompresy włókninowe pakowane po 2 sztuki w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 30: Dotyczy pakietu nr 7 poz. 7:

Czy w poz. 7. Zamawiający dopuści serwetę włókninową o wymiarach 40 x 45 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę włókninową o wymiarach 40 x 45 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE nr 31: Dotyczy pakietu nr 7 poz. 8:

Czy w poz. 8. Zamawiający dopuści serwetę włókninową o wymiarach 80 x 60 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę włókninową o wymiarach 80 x 60 cm, pozostawiając pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

PYTANIE nr 32: Dotyczy pakietu nr 7 poz. 11:

Czy w poz. 11 Zamawiający wymaga chusty trójkątnej bawełnianej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE nr 33: Dotyczy pakietu nr 7 poz. 12:

Czy w poz. 12 Zamawiający dopuści serwetę jałową o wymiarach 45 x 45 cm z otworem o średnicy 8 cm z przylepcem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę jałową o wymiarach 45 x 45 cm o otworem o średnicy 8 cm z przylepcem.

PYTANIE nr 34: Dotyczy pakietu nr 7 poz. 13:

Czy w poz. 13 Zamawiający dopuści serwetę jałową o wymiarach 45 x 75 cm z otworem o średnicy 8 cm z przylepcem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę jałową o wymiarach 45 x 75 cm o otworem o średnicy 8 cm z przylepcem.

PYTANIE nr 35: Dotyczy pakietu nr 7 poz. 14:

Czy w poz. 14 Zamawiający dopuści serwetę jałową o wymiarach 45 x 75 cm z otworem o średnicy 8 cm z przylepcem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza serwetę jałową o wymiarach 45 x 75 cm o otworem o średnicy 8 cm z przylepcem.

PYTANIE nr 36: Dotyczy pakietu nr 9 poz. 1-3:

Czy w poz. 1-3 Zamawiający wymaga załączenia karty danych technicznych, jako potwierdzenia, że produkty wykonane są z wiskozy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE nr 37: Dotyczy pakietu nr 9 poz. 7-11:

Czy w poz. 7-11 Zamawiający wymaga zaoferowania siatek wykonanych z poliuretanu i poliamidu? Zastosowanie w siatkach tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla bakterii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE nr 38: Dotyczy pakietu nr 9 poz. 12-14:

Czy w poz. 12-14 Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane po 12 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza opaski podgipsowe pakowane po 12 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 39: Dotyczy pakietu nr 11 poz. 10:

Czy w poz. 10. Zamawiający dopuści seton gazowy pakowany po 200 szt. w opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza seton gazowy pakowany po 200 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 40: Dotyczy pakietu nr 11 poz. 4:

Czy w poz. 4. Zamawiający dopuści gazę opatrunkową pakowaną po 200 m z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 41: Dotyczy pakietu nr 11 poz. 6:

Czy w poz. 6. Zamawiający dopuści serwety gazowe pakowane po 10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza serwety gazowe pakowane po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 42: Dotyczy pakietu nr 11 poz. 17:

Czy w poz. 17. Zamawiający dopuści kompresy gazowe bez nitki RTG, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 43: Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1:

Czy w poz. 1. Zamawiający wymaga załączenia do oferty świadectwa PZH na pieluszki dla dzieci, które to świadectwo potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 44: Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1:

Czy w poz. 1. Zamawiający wymaga przedstawienia ważnej i pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka na pieluszki dla dzieci, która to opinia potwierdza, iż zaoferowany wyrób jest bezpieczny i przyjazny dla dzieci?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 45: Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1:

Czy w poz. 1. Zamawiający dopuści pieluszki dla niemowląt pakowane po 38 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza pieluszki dla niemowląt pakowane po 38 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 46: Dotyczy pakietu nr 13 poz. 4:

Czy w poz. 4. Zamawiający wymaga, aby w zestawie dla noworodka były następujące elementy: serwetę kompresową, podkład chłonny z pulpy celulozowej, czapkę dla noworodka oraz kocyk flanelowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 47: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1-3:

Czy w poz. 1-3 Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE nr 48: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1-3:

Czy w poz. 1-3 Zamawiający dopuści pieluchomajtki z podwójnym wkładem chłonnym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki z podwójnym wkładem chłonnym.

PYTANIE nr 49: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1.:

Czy w poz. 1 Zamawiający wymaga pieluchomajtek w rozmiarze L o obwodzie 100-150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 50: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 2:

Czy w poz. 2 Zamawiający wymaga pieluchomajtek w rozmiarze XL o obwodzie 130-170 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 51: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1-2:

Czy w poz. 1-2 Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania?

Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160 cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 52: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 3:

Czy w poz. 3 Zamawiający wymaga pieluchomajtek w rozmiarze M o obwodzie 75-110 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 53: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 4-6:

Czy w poz. 4-6 Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 54: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 4-6:

Czy w poz. 4-6 Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne przylepcorzepy z możliwością wielokrotnego mocowania w dowolnym miejscu produktu, co pozwala na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 55: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 4:

Czy w poz. 4 Zamawiający dopuści majtki chłonne o chłonności min. 1200 g i obwodzie 55-85 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza majtki chłonne o chłonności min. 1200g i obwodzie 55-85cm.

PYTANIE nr 56: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 5-6:

Czy w poz. 5-6 Zamawiający dopuści majtki chłonne o chłonności min. 2000 g?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza majtki chłonne o chłonności min. 2000g.

PYTANIE nr 57: Dotyczy pakietu nr 18 poz. 1-6:

Czy w poz. 1-6 Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek z warstwą chłonną wykonaną z włókniyny wiskozowo (90%) – polipropylenowej (10%) oraz z klejem typu hot-melt (kauczuk syntetyczny)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 58: Dotyczy pakietu nr 18 poz. 1-3:

Czy w poz. 1-3 Zamawiający dopuści samoprzylepne opatrunki pakowane po 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza samoprzylepne opatrunki po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 59: Dotyczy wzoru umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakresie nieuregulowanym w SIWZ i ustawy Pzp, do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców zastosowanie mieć będzie ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2014, poz. 121 z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

PYTANIE nr 60: Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §7 ust. 1 pkt. 1) i nadanie następującego brzmienia: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości nie zrealizowanej części dostawy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §7 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy.

PYTANIE nr 61: Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zawiera umowę na okres 12 miesięcy i nie przewiduje żadnej waloryzacji umowy

PYTANIE nr 62: Dotyczy wzoru umowy:

Dot. §2 ust. 2 - związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o wykreślenie z projektu umowy treści §2 ust. 2 lub wprowadzenie zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. $\pm 20\%$).

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia jest opisany zgodnie z potrzebami Zamawiającego z okresu poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (ostatnie 12 miesięcy). Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy w przypadku nie wykorzystania wartości brutto umowy.

PYTANIE nr 63: Dotyczy pakietu nr 7 poz. 9:

Czy w poz. 9. Zamawiający dopuści serwety włókninowe pakowane po 25 szt. w opakowaniu z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza serwety włókninowe pakowane po 25 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 64: Dotyczy pakietu nr 7 poz. 10:

Czy w poz. 10. Zamawiający dopuści serwety włókninowe pakowane po 30 szt. w opakowaniu z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza serwety włókninowe pakowane po 30 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 65: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1,2,3,7:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 1, 2, 3, 7): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE nr 66: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1,2,3:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 67: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE nr 68: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce kroczka przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE nr 69: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja: 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 70: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 71: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja: 2): pieluchomajtek o obwodzie co najmniej 160 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 72: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 4-6:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja: 1): pieluchomajtek o obwodzie co najmniej 140 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 73: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 3:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja: 3): pieluchomajtek o obwodzie co najmniej 110 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 74: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 3:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja: 3): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2400g?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 75: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1,2:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2750g?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE nr 76: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14; pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające dwuwarstwowy wkład chłonny? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytując: "...z trójwarstwowym wkładem chłonnym ..." spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki dla dorosłych posiadające dwuwarstwowy wkład chłonny.

PYTANIE nr 77: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 1,2,3:

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek tzw. "oddychających" na całej powierzchni produktu, tj. od wewnątrz oraz na zewnątrz wkładu chłonnego oraz w partiach bocznych? Zastosowanie produktów oddychających na całej powierzchni, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności po założeniu pieluchomajtki, przy zachowaniu maksymalnej ochrony przed niepożądanymi wyciekami. Wpływa to pozytywnie na zdrowie i komfort psychiczny pacjenta, jak również na czas pracy personelu poświęcony pielęgnacji ciała chorego, gdyż nie powstają podrażnienia skóry, pękanie, jak również odleżyny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE nr 78: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 14, pozycja 7): podkład chłonny 60x90cm, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomie chłonności 2000g, który zbudowany jest z 3 warstw: z mocnego nieprzemakalnego laminatu, chłonnego rdzenia oraz delikatnej warstwy wierzchniej. Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytując: "...wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego nieprzemakalnego 3-warstwowego

laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła..." spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 79: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 4-6:

Czy w poz. 4-6 Zamawiający dopuści majtki chłonne pakowane po 10 szt. w opakowaniu z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza majtki chłonne pakowane po 10 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 80: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego, wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny, wykonanego z polipropylenu, poliestru oraz SAF, w opakowaniu 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych opakowań, tj. 840 opakowań. Podkład zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14 mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 75cm (+/-1cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłaniałość co najmniej 1850 ml/m² potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta w co najmniej 3 miejscach. Oznaczenie ma zminimalizować ryzyko pomyłki i być czytelne - minimum 100cm² każde. Gramatura produktu 125g/m² (+/-1%). Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza ale z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 81: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z Zadania nr 14. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 82: Dotyczy pakietu nr 14 poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu w rozmiarze 60x90 cm, posiadającego wkład chłonny z rozdrobnionej celulozy, nieprzepuszczającą wilgoć folię zewnętrzną. Podkład w całości od strony zewnętrznej pokryty włókniną, zawierający superabsorbent o właściwościach bakteriobójczych i antyseptycznych, niejałowy w kolorze białym, chłonność 2100 ml; opakowanie 30 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza ale z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 83: Dotyczy wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1) 0,5 % wartości **brutto** nie zrealizowanej części dostawy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy;**

2) 0,5 % wartości **brutto** dostawy towarów wadliwych, za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy wolnego od wad, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto dostawy towarów wadliwych;**

liczony od dnia, w którym Wykonawca zobowiązany był do dostarczenia towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, zgodnie z § 4 ust. 4 i 5 umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §7 ust. 1 wzoru umowy.

PYTANIE nr 84: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie kompresów wysokochłonnych jałowych włókninowo-celulozowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 85: Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 2:

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego zadania. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 86: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy w opakowaniu a'12szt, gdzie każdy podkład jest owinięty foliową osłoną z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE nr 87: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 13-14:

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy w opakowaniu a'6szt, gdzie każdy podkład jest owinięty foliową osłoną z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE nr 88: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe 13nitkowe, 8 warstwowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 89: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe niejałowe pakowane a'500szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 90: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści serwety gazowe w opakowaniu a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

PYTANIE nr 91: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 9-10:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 9-10 do osobnego zadania. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 92: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 12:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 12 do osobnego zadania. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 93: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 16 warstwowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 94: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 95: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 16-17:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 16-17 do osobnego zadania. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 96: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 18:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową pakowaną a'2szt lub a'5szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści serwetę pakowaną po 5szt., z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 97: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 18:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową 17 nitkową 4 warstwową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 98: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 18:

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 99: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 20-21:

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową pakowaną a'5 szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 100: Dotyczy Pakietu Nr 11, poz. 22-26:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 22-26 do osobnego zadania. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 101: Dotyczy Pakietu Nr 12, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 140x100cm lub 90x200cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 102: Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 1,4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 i 4 do osobnego zadania. Zwiększy to grono wykonawców mogących przystąpić do postępowania a co za tym idzie pozwoli Państwu na lepszy wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 103: Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do mycia ciała pacjenta pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści chusteczki do mycia ciała pacjenta pakowane po 10szt., z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 104: Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce w rozmiarze 50x160cm o długości 40mb?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE nr 105: Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm lub 16x250cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 16x250cm.

PYTANIE nr 106: Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 1-6:

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek z wkładem chłonnym. Część samoprzylepna wykonana z hydrofobowej włókniny. Mikropory w strukturze włókniny - zapewniają odpowiedni współczynnik paroprzepuszczalności, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą. Wkład chłonny wykonany z wiskozy (80%) i poliestru (20%), powleczony siateczką z polietylenu dzięki czemu zapobiega przywieraniu wkładu do rany i ułatwia usunięcie opatrunku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE nr 107: Dotyczy Pakietu Nr 24, poz. 1,3:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu jednostkowym bez ściętych narożników?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 108: Dotyczy Pakietu Nr 24, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania kaniul w rozmiarze 6cm x 7cm nie posiadający gazika, z taśmą do opisu sterylizowany tlenkiem etylenu spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE nr 109: Dotyczy Pakietu Nr 24, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej do mocowania kaniul w rozmiarze 6cm x 7cm z wycięciem nie posiadającym na końcu gazika oraz dodatkowej podkładki pod kaniule z taśmą do opisu sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 110: Dotyczy Pakietu Nr 24, poz. 4-9:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści

PYTANIE nr 111: Dotyczy Pakietu Nr 24, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 5cmx7,2cm pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a'100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 5cm x 7,2cm pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 112: Dotyczy Pakietu Nr 24, poz. 5-6:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a'30szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści opatrunek pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 113: Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 18:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 w poz. 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego, poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul u dzieci, pakowanego po 100 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań na rok? Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 10 w pozycji 18 wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania sterylnego, poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul u dzieci, pakowanego po 100 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości przez Zamawiającego tak, aby oferty były porównywalne.

PYTANIE nr 114: Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 17:

poz. 1 protezę do korekcji cystocele, z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, jednorodną, całkowicie białą, z czterema ramionami, każde o dł. 18-20 cm, ramiona w plastikowej osłonce; gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34, wielkość oczek splotu: 1 x 1,25 mm, porowatość max 1950 µm, zagęszczenie oczek 55% (± 5%); rozmiar implantu: 5-7 cm x 7,5 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

PYTANIE nr 115: Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 17:

poz. 2 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm (150 µm), zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 µm, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma w plastikowej osłonce, w środkowej części brak osłonki na odcinku 1,5-2 cm; brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

PYTANIE nr 116: Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 17:

poz. 2 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT), z polipropylenu monofilamentowego, jednorodną, całkowicie niewchłanianą, o wymiarach: długość 50 cm, szerokość 0,8 cm, a w części podcewkowej 1,2 cm; specyfikacja techniczna: grubość taśmy 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm (150 µm),

zagęszczenie oczek 55-60%, porowatość max 1950 μm , gramatura 45 g/m^2 , wielkość porów 1 x 1,25 mm, taśma bez osłonki, wytrzymałość na rozciąganie min. 90 N/cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

PYTANIE nr 117:

W związku z zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu bierze udział Kierownik Zamawiającego Maciej Biardzki Prezes Zarządu, Komisja przetargowa w składzie: Edyta Kowalczyk, Zdzisław Konieczny, Marta Cichocka. Zgodnie z pkt 4B ust. 1 opis przedmiotu zamówienia przygotowała Edyta Kowalczyk.

PYTANIE nr 118: Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 1,2,3,4,5:

Czy Zamawiający w Zadaniu 15 w pozycji 1,2,3,4,5, dopuści niewchłaniałne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48 g/m^2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 μm . w rozmiarze 8x15 cm, 10x15 cm, 15x15 cm, 30x30 cm, 30x30 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

PYTANIE nr 119: Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 6,7:

Czy Zamawiający w Zadaniu 15 w pozycji 6, 7 dopuści niewchłaniałne, makroporowate, polipropylenowe ultralekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Gramatura implantu 39 g/m^2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,38 mm (+/- 10%); porowatość 89% (+/- 5%); wielkość porów 1,65 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 μm = 0,12 mm. W rozmiarze 10x15 cm, 8x15 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

PYTANIE nr 120: Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 8,9:

Czy Zamawiający w Zadaniu 15 w pozycji 8,9 dopuści siatki kompozytowe, wewnątrztrzewnowe, wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie o gramaturze 70 g/m^2 , z jednej strony pokryte silikonem, nieprzylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjne, wielkość owalnych porów 1 mm. Grubość siatki 1 mm. W rozmiarze 15x17 cm, 30x20 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

PYTANIE nr 121: Dotyczy Pakietu Nr 15, poz. 10,11,12,13:

Czy Zamawiający w Zadaniu 15 w pozycji 10, 11, 12, 13 siatki wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłaniającym związkami kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura po wchłonięciu 28 g/m^2 , wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm. W rozmiarze 6x11cm, 15x15cm, 15x30cm, 30x30 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

PYTANIE nr 122: Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 1:

Czy Zamawiający w **Zadaniu 17 w pozycji 1**, dopuści jednorazowy zestaw do korekcji cystocele, składający się z: siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50 x 65 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT), o wielkości oczek 1,06x1,01 mm, grubości 0,33 mm i gramaturze 28 g/m² oraz jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową techniką „out-in”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

PYTANIE nr 123: Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 2:

Czy Zamawiający w **Zadaniu 17 w pozycji 2** dopuści makroporowatą monofilamentową polipropylenową taśmą bez koszulki do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry techniczne: szerokość 1,2 cm, długość 45 cm, grubość nici 120 µm, gramatura 63 g/m², grubość siatki 0,46 mm, wielkość porów 0,23 mm². Cechy jakościowe: Taśma posiada wplecioną niebieską nić oraz jest zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację, jej splot powoduje łatwe przechodzenie przez powłoki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

PYTANIE nr 124: Dotyczy Pakietu Nr 22, poz. 1,2,3:

Czy zamawiający w **Zadaniu 22 w pozycjach 1, 2, 3**, dopuści siatki wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie (PPNT), o gramaturze 50g/m² i grubości 0,30 mm, wielkość porów 1 mm. W rozmiarach 9x13cm, 15x15cm, 15x17cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

PYTANIE nr 125: Dotyczy Pakietu Nr 22, poz. 4:

Czy zamawiający w **Zadaniu 22 w pozycji 4** dopuści siatki kompozytowe, wewnątrzotrzewnowe, wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie o gramaturze 70 g/m², z jednej strony pokryte silikonem, nieprzylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita – antyadhezyjne, wielkość owalnych porów 1 mm. Grubość siatki 1 mm. W rozmiarze 15 x 20 x 30 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

PYTANIE nr 126: Dotyczy Pakietu Nr 22, poz. 5,6:

Czy zamawiający w **Zadaniu 22 w pozycjach 5,6** dopuści niewchłaniałne, polipropylenowe siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 127 g/m² (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,62 mm (+/- 10%); porowatość 77% (+/- 5%); wielkość porów 0,55 mm; bezbarwna nić o grubości 180 µm = 0,18mm. W rozmiarach 8 x 15cm, 15 x 15 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

PYTANIE nr 127: Dotyczy Pakietu Nr 22, poz. 7,8:

Czy zamawiający w **Zadaniu 22 w pozycjach 7,8** dopuści siatki o anatomicznym kształcie, wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie (PPNT), o gramaturze 70g/m² i grubości 0,40 mm, Siatka na całej powierzchni posiada laserowo wykonane makroperforacje (średnica porów 1 mm.) umożliwiające swobodny przepływ płynów ustrojowych przez siatkę. Wytrzymałość na rozerwanie min. 95N. Implant dedykowany do naprawy przepuklin pachwinowych podczas zabiegów laparoskopowych, techniką TAPP lub TEP. Posiada znacznik ułatwiający właściwe umiejscowienie implantu. Przystosowany do zabiegów bez użycia szwów czy kleju do fiksacji implantu, w rozmiarze 11x15 cm oraz 10x16 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

PYTANIE nr 128: Dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 13:

Prosimy Zamawiającego do dopuszczenie staplera okrężnego wygiętego jednorazowego z łamaną głowicą w rozmiarze 24mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE nr 129: Dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 15-16:

Prosimy Zamawiającego do dopuszczenie staplera okrężnego wygiętego jednorazowego z łamaną głowicą w rozmiarze 32mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 11.08.2017 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

PROKURENT
Anita Poświatowska

