

Milicz dn. 26.01.2018r.

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia

Opis przedmiotu dialogu technicznego

Założenia podstawowe

Przedmiotem niniejszego dialogu technicznego będzie uzyskanie doradztwa technicznego i informacji od potencjalnych Wykonawców dotyczących zagadnień związanych z:

1. Dostawą tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym synchronizację z dotychczasowym oprogramowaniem Zamawiającego oraz zapewniającym pełną funkcjonalność systemów PACS i RIS ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania teleradiologii.
2. Przebudową i dostosowaniem pomieszczeń znajdujących się w budynku „B” MCM sp. z o.o. w Miliczu, przy ul. Grzybowej 1, pod instalację tomografu komputerowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.
3. Ponoszeniem kosztów napraw, konserwacji, serwisu urządzeń oraz innych kosztów związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

Założenia dotyczące adaptacji pomieszczeń

1. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń znajdujących się w budynku „B” MCM sp. z o.o. w Miliczu, przy ul. Grzybowej 1, pod instalację tomografu komputerowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem przedstawia Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowywania pomieszczeń i wyposażenia ich zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami sanitarnymi dotyczącymi pracowni tomografii komputerowej oraz uzyskania w tym zakresie pozytywnej opinii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Inspekcji Pracy..
3. Adaptacja pomieszczeń lub ewentualna przebudowa odbędzie się po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego przedstawionej koncepcji przez Wykonawcę.

Założenia dotyczące zakupu tomografu i przebudowy pomieszczeń

1. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć i uruchomić w zaadaptowanych pomieszczeniach tomograf komputerowy, co najmniej 16 rzędowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów podstawowych i specjalistycznych zainstalowanego sprzętu znajdującego się w pracowni tomografii komputerowej oraz przeszkolić personel zamawiającego na swój koszt.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpiecznego i właściwego usuwania środków niebezpiecznych wykorzystywanych do wykonania przedmiotu zamówienia i ich utylizacji.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania wszelkich badań oraz kontroli jakości na własny koszt.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do uruchomienia systemu teleradiologii umożliwiającej zdalne opisywanie przesłanych badań wykonanych w pracowni tomografii komputerowej, umożliwiającej udostępnienia obrazu wykonanego badania lekarzowi kierującemu na badanie, w formie elektronicznej, zapewnienia możliwości przesyłania obrazów wykonywanych badań do wewnętrznej sieci szpitala i wybranych stanowisk, a także dostępu do archiwum opisów, wstawienia dwóch monitorów diagnostycznych do podglądu zdjęć wykonywanych w trybie na cito – pomieszczenia, w których należy wstawić monitory zostaną wyznaczone przez Zamawiającego.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcami ds. sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, która jest niezbędna do uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie pracowni tomografii komputerowej.
7. Wykonawca zrealizuje prace adaptacyjne pod nadzorem osób posiadających wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje.

ZATWIERDZIŁ:

Maciej Biardzki

Prezes Zarządu MCM Sp. z o.o.