

Milicz, 31.01.2018 r.

#### WYKONAWCY

Dotyczy: dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia pt.: „1. Dostawa tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym synchronizację z dotychczasowym oprogramowaniem Zamawiającego oraz zapewniającym pełną funkcjonalność systemów PACS i RIS ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania teleradiologii, 2. Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń znajdujących się w budynku „B” MCM sp.z o.o. w Miliczu, przy ul. Grzybowej 1, pod instalację tomografu komputerowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem”.

#### PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający w ramach zamówienia będącego konsekwencją ogłoszenia o dialogu technicznym zamierza kupić nowy tomograf komputerowy wyprodukowany w 2018 roku?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

*Tak, Zamawiający zamierza kupić nowy tomograf komputerowy dopuszczalny rok produkcji tomografu 2017 lub 2018.*

#### PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający dopuszcza tomograf komputerowy kilkuletni, rekondycjonowany?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

*Nie, Zamawiający nie dopuszcza tomografu komputerowego kilkuletniego, rekondycjonowanego.*


#### PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający dopuszcza wieloletnią dzierżawę w/w sprzętu?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

*Nie, Zamawiający nie dopuszcza wieloletniej dzierżawy sprzętu.*

*Powyższe postanowienia są wiążące do dialogu technicznego na dzień 02.02.2015 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część dialogu technicznego.*

  
PREZES  
Milickiego Centrum Medycznego  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Maciej Bierzdzi