

Numer postępowania: MCM/WSM/ZP26/2020

Milicz, 07.01.2021r.

WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu ponowne postępowanie.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o grubości drutu 0,33 mm, długość narzędzia 2400 mm, średnica 10, 15, 25 i 32 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pozycji 1 pętlę o grubości drutu 0,33 mm, długość narzędzia 2400 mm, średnica 10, 15, 25 i 32 mm.

PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 15,5 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pozycji 2 szczotki o długości 15,5 cm.

PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczypiec o rozwarciu łyżeczek 8 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pozycji 4 szczypce o rozwarciu łyżeczek 8 mm.

PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczypiec bez przyrządu do pobierania próbek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w pozycji 4 szczypce bez przyrządu do pobierania próbek.

PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszyków o długości 90 cm, przekrój koszyka 12-20 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści koszyki o długości 90 cm, przekrój koszyka 12-20 mm.

PYTANIE NR 6: Dotyczy Pakietu Nr 12:

Poz. 1 czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze Uniwersalnym, Z połami zachodzącymi na siebie, z bawełnianym mankietem, bez oznaczenia rozmiaru w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym, z połami zachodzącymi na siebie, z bawełnianym mankietem, bez oznaczenia rozmiaru w kolorze niebieskim.

PYTANIE NR 7: Dotyczy Pakietu Nr 12:

Czy zamawiający wydzielili do osobnego pakietu poz. 1,2,3?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wydzielili do osobnego pakietu poz. 1,2,3.

PYTANIE NR 8: Dotyczy Pakietu Nr 12:

Czy zamawiający wydzielili do osobnego pakietu poz. 6?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wydzielili do osobnego pakietu poz. 6..

PYTANIE NR 9: Dotyczy Pakietu Nr 12:

Czy zamawiający wydzielili do osobnego pakietu poz. 8?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wydzielili do osobnego pakietu poz. 8.

PYTANIE NR 10: Dotyczy Pakietu Nr 12:

Czy zamawiający wydzielili do osobnego pakietu poz. 13?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wydzielili do osobnego pakietu poz. 13.

PYTANIE NR 11: Dotyczy Pakietu Nr 12:

Poz. 2 czy zamawiający dopuści czepek niebieski?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści czepek niebieski.

PYTANIE NR 12: Dotyczy Pakietu Nr 12:

Czy zamawiający w poz. 2,3 dopuści czepek pakowane w opak. Foliowe a 100 szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w poz. 2,3 dopuści czepek pakowane w opak. Foliowe a 100 szt.

PYTANIE NR 13: Dotyczy Pakietu Nr 12:

Poz. 6 czy zamawiający dopuści ochraniacze bez warstwy antypoślizkowej, ściągane podwójną gumką, w kolorze niebieskim, pozostałe wymagania zgodnie z opisem'?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 14: Dotyczy Pakietu Nr 12:

Poz. 8 czy zamawiający dopuści Komplet pościeli medycznej z włókniny 25g / m², jednorazowego użytku, niejałowy, prześcieradło 150x210, poszewka kołdra 160x210, poszewka poduszka 70x80 x 1 szt. , kolor niebieskim lub zielony?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści komplet pościeli medycznej z włókniny 25g / m², jednorazowego użytku, niejałowy, prześcieradło 150x210, poszewka kołdra 160x210, poszewka poduszka 70x80 x 1 szt. , kolor niebieski lub zielony.

PYTANIE NR 15: Dotyczy Pakietu Nr 12:

Poz. 13 czy zamawiający dopuści w kolorze niebieskim lub zielonym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści w kolorze niebieskim lub zielonym.

PYTANIE NR 16: Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z fartuchem ochronnym z włókniny polipropylenowej w rozmiarze uniwersalnym w kolorze białym, niebieskim lub zielonym z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z fartuchem ochronnym z włókniny polipropylenowej w rozmiarze uniwersalnym w kolorze białym, niebieskim lub zielonym z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

PYTANIE NR 17: Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z fartuchem ochronnym z włókniny polipropylenowej objętym 23% stawką podatku VAT?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z fartuchem ochronnym z włókniny polipropylenowej objętym 23% stawką podatku VAT.

PYTANIE NR 18: Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z czepkiem w kształcie helmu zapewniającym pełną ochronę, bezpiecznym i wygodnym z obszytymi brzegami, osłaniającym głowę i szyję z taśmą pochłaniającą pot w części przedniej. Pakowany w kartonik po 100 szt. ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z czepkiem w kształcie hełmu zapewniającym pełną ochronę, bezpiecznym i wygodnym z obszytymi brzegami, osłaniającym głowę i szyję z taśmą pochłaniającą pot w części przedniej. Pakowany w kartonik po 100 szt.

PYTANIE NR 19: Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z ochraniaczami na buty wykonanymi z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37 g/m² ściągnięte gumką w kolorze białym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z ochraniaczami na buty wykonanymi z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37 g/m² ściągnięte gumką w kolorze białym.

PYTANIE NR 20: Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty kompletem pościeli o gramaturze 20 g/m² w kolorze zielonym lub niebieskim o wymiach: poszwy na koldrę – 160x210 cm (+/- 10 cm), poszwy na poduszki 70x80 cm (+/- 10 cm), prześcieradła – 160x210cm (+/- 10 cm)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z kompletem pościeli o gramaturze 20 g/m² w kolorze zielonym lub niebieskim o wymiarach: poszwy na koldrę – 160x210 cm (+/- 10 cm), poszwy na poduszki 70x80 cm (+/- 10 cm), prześcieradła – 160x210cm (+/- 10 cm).

PYTANIE NR 21: Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 9:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty zkoszulą dla pacjenta wykonana z włókniny typu polipropylenowej o gramaturze 35 g/m kw., dekolt typu w kolorze niebieskim, zakładana przez głowę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie ważnej oferty z koszulą dla pacjenta wykonana z włókniny typu polipropylenowej o gramaturze 35 g/m kw., dekolt typu Y w kolorze niebieskim, zakładana przez głowę.

PYTANIE NR 22: Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 10:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z:
- prześcieradłem jednorazowego użytku wykonanym z włókniny polipropylenowej oraz celulozy, chłonnym, odpornym na rozdieranie o wymiarach 160 cm x 210cm. Wyrób medyczny klasy I, pakowany po 5 szt. w 1 opakowaniu handlowym

lub

- prześcieradłem ochronnym wykonanym z celulozy i PE (Polietylen) o wymiarach 80 cm x 210cm i chłonności 310ml, wzmocnionym 48 nićmi, kolor biały. 24g/m² bibułka wzmocniona poliesterowymi nićmi pomiędzy warstwami i jedną warstwą przezroczystej laminowanej folii PE ,13 mikronów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie ważnej oferty z prześcieradłem jednorazowego użytku wykonanym z włókniny polipropylenowej oraz celulozy, chłonnym, odpornym na rozdzielanie o wymiarach 160 cm x 210cm. Wyrób medyczny klasy I, pakowany po 5 szt. w 1 opakowaniu handlowym.

PYTANIE NR 23: Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 12:

Czy Zamawiający wymaga aby koc/ kołdra do okrycia pacjenta wykonana była z wewnętrznej warstwy 100% Polyester + zewnętrznej warstwy z włókniny PP, materiał miękki i oddychający o bardzo dobrych właściwościach cieplnych, pikowany z przeszyciami w kształcie rombów na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, szyty ultradźwiękowo. Kolor granatowy. Waga 300g. Rozmiar 110 cm x 190cm. Pakowany pojedynczo w torebkę z folii PE?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 24: Dotyczy Pakietu Nr 6, pozycja nr 1:

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- przezroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 25: Dotyczy Pakietu Nr 6, pozycja nr 2:

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- przezroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.


PYTANIE NR 26: Dotyczy Pakietu Nr 6, pozycja nr 4:

Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 27: Dotyczy Pakietu Nr 6, pozycja nr 6:

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, 

waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 28: Dotyczy Pakietu Nr 6, pozycja nr 7:

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 29: Dotyczy Pakietu Nr 6, pozycja nr 8:

Czy zamawiający dopuści obwody oddechowe o dł. 180 cm oraz gałęzią do worka o dł. 100 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 30: Dotyczy Pakietu Nr 6, pozycja nr 10:

Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu pakowaną w opakowanie foliowe, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 31: Dotyczy Pakietu Nr 6, pozycja nr 11:

Czy zamawiający dopuści maskę anestetyczną o profilowanej konstrukcji dla lepszego i pewniejszego uchwytu zamiast „zebrowania”, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 32: Dotyczy Pakietu Nr 6, pozycja nr 12:

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania o następujących parametrach:

- zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora

- obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- przezroczysta komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiary: dla rurek intubacyjnych: dł. 60cm (10, 12, 14, 16 FR)
- rozmiary: dla rurek tracheostomijnych: dł. 30 cm (10, 12, 14, 16 FR)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

PYTANIE NR 33: Dotyczy Pakietu Nr 6, pozycja nr 15:

Czy zamawiający dopuści dren do ssaka o długości 210 cm z kontrolą siły ssania, ch 24?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 34: Dotyczy Pakietu Nr 6, pozycja nr 16:

Czy zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 210 cm, ch24 końcówki żeński, żeński?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 35: Dotyczy Pakietu Nr 6, pozycja nr 17:

Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową kodowaną numerem rozmiaru, zamiast kolorem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 36: Dotyczy Pakietu Nr 8, pozycja nr 1:

Czy zamawiający dopuści półmaskę 2-panelową, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 37: Dotyczy Pakietu Nr 9, pozycja nr 1:

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę o następujących parametrach:

- Myjka nasączona środkiem myjącym (PH 5,5)
- Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części
- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana w całości z poliestry
- Rozmiar: 17 cm x 24,5 cm
- Gramatura 100 g/m² (część przednia pokryta mydłem, 70 g/m² (część tylna bez mydła)
- Wyrób jednorazowy
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie 20 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 38: Dotyczy Pakietu Nr 9, pozycja nr 2:

Czy zamawiający dopuści ściereczki wykonane w 100 % z włókniny w rozmiarze 33 x 30 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 39: Dotyczy Pakietu Nr 9, pozycja nr 3:

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o następujących parametrach:

- w formie prostokątnej ściereczki
- nasączona obustronnie mydłem (PH 5,5)
- aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- wykonana w całości z poliestru
- rozmiar: 12 x 20 cm
- gramatura 100 g/m²
- wyrób jednorazowy
- nie zawiera lateksu
- pakowana po 24 sztuki?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 40: Dotyczy Pakietu Nr 9, pozycja nr 4:

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny nawilżone ściereczki do toalety pacjenta o następujących parametrach:

- Miękkie, grube, delikatne – idealne dla wrażliwej skóry
- Nasączone środkami myjącymi
- Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry
- Opakowanie z możliwością wielokrotnego zamykania
- Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce w 700 W przez 20 sek.
- Testowane dermatologicznie
- Wymiary: 20 cm x 22 cm
- Pakowane po 12 szt.
- Skład m.in.: Dimetikon (3%), fosforan chlorku linoamidopropylu PG-dimoniowego, lauryloglukozyd, D-pantenol, alantoina, ekstrakt z aloesu berbadenowego, polisorbata 20, tetrasodowy

EDTA, kwas cytrynowy, octan tokoferylu, diglukonianchlorheksydyny, gliceryna, nipagard, perfum, ekstrakt z rumianku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 41: Dotyczy Pakietu Nr 9, pozycja nr 5:

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę do ciała o następujących parametrach:

- w formie prostokątnej ściereczki
- nasączona obustronnie mydłem (PH 5,5)
- aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
- wykonana w całości z poliestru
- rozmiar: 12 x 20 cm
- gramatura 100 g/m²
- wyrób jednorazowy
- nie zawiera lateksu
- pakowana po 24 sztuki

produkt na stawce VAT 23 %?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 42: Dotyczy Pakietu Nr 9, pozycja nr 6:

Czy zamawiający dopuści ściereczkę z zawartością chlorheksydyny o formule bez splukiwania, z możliwością stosowania do antyseptycznego mycia ciała o czyszczenia skóry bez użycia wody, w rozmiarze ok. 20 x 20 cm, wykonaną z włókniny, bez zawartości lateksu, pakowaną po 4 sztuki w opakowanie z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, produkt na stawce VAT 23 %?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 43: Dotyczy Pakietu Nr 9, pozycja nr 7:

Czy zamawiający dopuści gąbkę nasączoną 20 ml antyseptycznym, myjącym roztworem glukonianichlorheksydyny, w rozmiarze 10 x 10 x 2,5 na stawce VAT 23 %, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 44: Dotyczy Pakietu Nr 9, pozycja nr 8:

Czy zamawiający dopuści piankę o pojemności 500 ml, zawierającą w składzie: panthenol, kwas mlekowy oraz sinodor, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści.

PYTANIE NR 45: Dotyczy Pakietu Nr 9, pozycja nr 8:

Czy zamawiający odstąpi od wymogu „Posiadająca udowodnione i opublikowane badania potwierdzające skuteczność antybakteryjną”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu.

PYTANIE NR 46: Dotyczy Pakietu Nr 9, pozycja nr 9:

Czy zamawiający dopuści czepek do bezwodnego mycia głowy o składzie m.in.: Dimetikon, Linoleamidopropyl PG-DimoniumChloridePhosphate, Glukozyd laurylowy, Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, Polisorbat 20, Sól tetrasodowa kwasu wersenowego, kwas cytrynowy, Witamina E, perfumy, Chlorheksydyna, wyciąg z rumianku, z możliwością podgrzania w mikrofalówce przez 20 s w 700 W, produkt na stawce VAT 23 %, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 47: Dotyczy Pakietu Nr 9, pozycja nr 10:

Czy zamawiający wymaga szczoteczki z możliwością podłączenia do ssaka medycznej, t.j. wyrobu medyczne klasy II a?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga.

PYTANIE NR 48: Dotyczy warunków umowy §2 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Strony zgodnie postanawiają, że ograniczenie zamówienia, o którym mowa w ust. 2, nie będzie stanowiło odstępstwa od umowy w tej części, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności z tytułu utraconych korzyści, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapis §2 ust. 3 bez zmian, gdyż Zamawiający określił swoje potrzeby w wyżej wymienionym zakresie na podstawie zużycia z ostatnich 12 miesięcy.

PYTANIE NR 49: Dotyczy warunków umowy §2 ust. 4:

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia Zamawiającemu, przy pierwszej dostawie partii przedmiotu umowy dokumentu potwierdzającego, że oferowane wyroby spełniają warunki wprowadzenia do obrotu medycznego?

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z ofertą przetargową deklaracji zgodności CE oferowanego sprzętu medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §2 ust. 4 wzoru umowy.

PYTANIE NR 50: Dotyczy warunków umowy §4 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wstępne reklamacje, dotyczące zarówno ilości, jak i jakości dostarczonego towaru Zamawiający zgłaszać będzie w ciągu 48 godzin od dostawy. Wykonawca wymieni wyroby o wadliwej jakości na towar wolny od wad w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §4 ust. 3 wzoru umowy.

PYTANIE NR 51: Dotyczy warunków umowy §6 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W sytuacji niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku utrzymania stałości cen Zamawiający ma prawo zakupić towar od innego dostawcy, a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §6 ust. 2 wzoru umowy.

PYTANIE NR 52: Dotyczy warunków umowy §7 ust. 1.1, 1.2, 1.4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §7 ust. 1.1, 1.2, 1.4 wzoru umowy, gdyż kary umowne odnoszą się do niezrealizowanej części dostawy, oraz pozostałej do realizacji umowy.

PYTANIE NR 53: Dotyczy warunków umowy §7 ust. 1.3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„5% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji - w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, w szczególności w przypadku:

- a) dwukrotnej nieterminowej realizacji dostaw,
- b) dwukrotnej rażącej zwłoki w realizacji dostawy, rozumianej jako okres przekraczający 7 dni od dnia złożenia zamówienia,

c) trzykrotnej reklamacji przedmiotu zamówienia,”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapis §7 ust. 1.3 wzoru umowy.

PYTANIE NR 54: Dotyczy warunków umowy §7 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu towaru Zamawiający może, zachowując prawo do żądania zapłaty kary umownej, zakupić ten towar od innego dostawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, a różnicą kosztów obciążyć Wykonawcę.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §7 ust. 3 wzoru umowy.

PYTANIE NR 55: Dotyczy warunków umowy §8 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub przedmiot umowy wykonuje w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową. W takich przypadkach oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie 30 dni od zaistnienia wskazanej przyczyny.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §8 ust. 2 wzoru umowy.

PYTANIE NR 56: Dotyczy warunków umowy §11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek wierzytelności (roszczeń) przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy §11 wzoru umowy.

PYTANIE NR 57: Dotyczy warunków umowy §5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie doda do §5 wzoru umowy treści zaproponowanej przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 58: Dotyczy pakietu Nr 3:

Prosimy o dopuszczenie produktów o zbliżonych parametrach, kompatybilnych z posiadanymi endoskopami tj.

- w poz. 1 pętli jednorazowych elektrochirurgicznych owalnych do usuwania polipów, średnica 10, 15, 25, 35 mm, do kanału roboczego od 2,8mm, długość 230cm, śr. narzędzia 2,3mm, wykonane z plecionego drutu, o śr. ok. 0,4. Pakowane indywidualnie, sterylne, każde opakowanie zawierające 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datę ważności oraz dane producenta. Opakowanie zbiorcze = 10szt.

- w poz. 2 jednorazowych KRÓTKICH podwójnie zakończona szczoteczka do czyszczenia zaworków biopsyjnych- średnica 12mm/ długość 60mm oraz szczoteczka do kanału biopsyjnego- średnica 5mm/ długość 40mm. Całkowita długość szczoteczki ok. 15cm. Pakowane indywidualnie. Nazwa producenta, data produkcji i nr serii na opakowaniu zbiorczym w celu 100% identyfikacji produktu. Kartony 200szt.

- w poz. 3 jednorazowych szczoteczek dwustronnych do czyszczenia kanału roboczego endoskopu. Wykonana z miękkiego, odpornego nylonu,, średnica cewnika 1,7mm, długość robocza 230 cm. Szczotki- średnica włosa 5mm, dł. 20mm, z plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem kanału endoskopu. Pakowane indywidualnie. Nazwa producenta, data produkcji i nr serii na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w celu 100% identyfikacji produktu. Opakowanie kartonowe. Op. = 100szt.

- w poz. 4 jednorazowych sterylnych kleszczyków owalnych z okienkiem do gastrokopii/ kolonoskopii, powlekane teflonem, z igłą lub bez igły- do wyboru przez zamawiającego. Łyżeczki standardowe- rozwarcie łyżeczek 6,9mm. Uchwyt z możliwością rotacji, długość narzędzia 160cm lub 230 cm (do wyboru przez Zamawiającego), minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Pakowane indywidualnie sterylne. Niezawierające przyrządu do pobierania próbek, 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, oraz dane producenta. W kartonie 10 szt.

- w poz. 5 ustników endoskopowych dla dorosłych jednorazowych, wykonanych z polietylenu, wolne od DEHP oraz latexu, tekstylna opaska mocująca. Pakowane indywidualnie. Opakowanie kartonowe. OP= 100szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Powyższe postanowienia SIWZ są wiążące do przetargu na dzień 15.01.2021 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

WICEPREZES
Milickie Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Andrzej Szandera

Prokurent

Zbigniew Dzieciotowski